



PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉG ÓVODA
 Székhely: 1201 Budapest, Baross utca 79. Tel/Fax: 283-3625 T: 289-0390
 Tagóvoda: 1201 Budapest, Baross u. 81. Tel: 283-0288
 OM 034711 E-mail: baross@barossovi.hu Honlap: www.barossovi.hu

SZMSZ 3. sz. Melléklet

A diabéteszes gyermekek óvodában történő speciális eljárásrendje

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2023. (III. 30.) Ök. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartása alatt álló intézmények vércukorszintmérő készüléket szerezzenek be, azzal, hogy a készülékek alkalmazására vonatkozó speciális eljárásrendet az intézmény alakítsa ki és annak betartásáról folyamatosan gondoskodik.

Fentiekre tekintettel az alábbiak szerint rendelkezem a vércukorszintmérő készülék használatára vonatkozóan.

1. A vércukorszintmérő az intézményben az alábbi helyen található:
 - Baross 79 Székhely óvoda orvosi szoba faliszekrény (zárható)
 - Baross 81 Tagóvoda irodahelyiség – orvosi szoba faliszekrény (zárható)
2. A vércukorszintmérésre kijelölt felelősök neve:
 - Pap Eszter igazgatóhelyettes, óvodapedagógus
 - Láng Krisztina Tagintézmény-igazgató, óvodapedagógus
3. A kijelölt felelős a vércukorszintmérést azon gyermekek végezheti el, akinek a gondviselője ehhez írásban előzetesen hozzájárult. Az írásbeli hozzájárulás cukorbeteg gyermek esetén a gyermek személyiségfejlődési dossziéjában található. A cukorbetegség ténye – hasonlóan az igazolt allergiához- olyan egészségügyi adat, mely a gyermek érdekében adott csoport naplójában a megjegyzés rovatban nyilvántartásba kerül. (A nyilvántartás óvoda szintű az elsősegélynyújtás érdekében, ezt minden kollegának meg kell ismernie).
4. Az eszköz a gyermek vagy felnőtt rosszulléte, panasz esetén használatos, amennyiben a tünetek (aceton szagú lehelet, hányás, zavartság, aluszékonyság, eszméletvesztés) alapján felmerül, hogy esetlegesen vércukorszint eltérése adódik a rosszullét. Az eszköz használata minden esetben egészségügyi szakember (pl. Országos Mentőszolgálat, Háziorvos, Háziorvosi ügyelet) bevonásával, veszélyhelyzetben akár telefonos instrukciók mellett végezhető, a használati utasítás szerint.
5. Amennyiben az ellátásra szorult gyermekek a tünetei alapján vércukorszintmérés elvégzése vált szükségessé, a szülőket és az intézmény vezetőjét haladéktalanul értesíti a kijelölt felelős. Amennyiben a dolgozónak és szülőnek tünetei alapján vércukorszintmérés válik szükségessé, a felelősnek haladéktalanul értesítenie szükséges az óvoda vezetőjét.
6. Az ellátás során keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye gondoskodik, az

intézményvezető megrendelését követően. Az veszélyes hulladék gyűjtésére használatos dobozzal mindkét óvoda rendelkezik, melynek helye a raktárhelyiség.

7. Készülékhez tartozó tesztcsík lejáratának ellenőrzéséért, valamint a készülék működőképességéért felelős munkatárs: **Pap Eszter, igazgatóhelyettes.**

Budapest, 2026.09.01.

Uicz-Juhász Vivien
Igazgató

Megismerési nyilatkozat

Alulírott dolgozó ezúton nyilatkozom, hogy megismertem az SZMSZ 3. sz. **mellékletét: A diabéteszes gyermekek óvodában történő speciális eljárásrendjének** szabályzottát, a benne foglaltakat tudomásul vettem, magamra nézve kötelezőnek tekintem, aláírásommal hitelesítem.

Budapest, 2026.09.01.

[illegible]

